

目录



	一般说明	2
1.	安全说明	3
2.	预定的用途	4
3.	产品描述	5
3.1	显示和控制元件	5
3.2	接口	6
3.2	电压供应	6
4.	调试	7
5.	操作	8
5.1	连接探头	8
5.2	开/关仪器	8
5.3	开关显示灯	9
5.4	设置仪器	9
6.	测量	13
7.	维护与保养	14
8.	问与答	15
9.	技术数据	16
10.	附件/备用件	17


一般说明

本节提供使用本文档的重要信息。

本文档包含安全有效地使用本产品必须用到的信息。

请在使用本产品之前，仔细通读本文档，并熟悉本产品的操作。请将本文档放在手头，以便你在需要时可以查阅。

标识

标识	意义	说明
	注意	提供有用的提示和信息。
➤, 1, 2	目标	表示经由描述的步骤所要达到的目标。有步骤编号的地方，你必须始终遵守给出的顺序！
✓	条件	在按照描述执行一个动作时必须满足的条件。
>, 1, 2, ...	步骤	执行步骤。有步骤编号的地方，你必须始终遵守给出的顺序！
文本	显示文本	在仪器显示屏上显示的文本。
	控制按钮	按下该按钮。
-	结果	表示上一步的结果。
	交叉参照	请参照更多或更详细的信息。

1. 安全说明

本节描述安全使用本产品必须服从和遵守的一般规则。

避免人员受伤/设备损坏

- > 不要在有电部件上或其附近使用本测量仪器和探头进行测量。
- > 不要将测量仪器/探头与溶剂存放在一起，并且不要使用任何干燥剂。

本产品安全/质保有效性的声明

- > 仅在技术数据中规定的参数范围内操作测量仪器。
- > 始终按照正确的方式及其预定的用途使用测量仪器。不要使用外力。
- > 不要将手柄和馈线置于 70°C 以上温度下，除非它们明确允许用于高温。

探头/传感器上给出的温度仅与传感器的量程相关。

- > 仅当文档中明确描述是为了维护和修理目的时，才可打开仪器。

仅执行文档中描述的维护和修理工作。按照规定的步骤执行维护和修理工作。为了安全起见，仅使用 Testo 的原装备件。

保证正确处置

- > 将损坏的可充电电池/用完的电池送到为其提供的收集点。
- > 在本产品使用寿命结束时，将产品寄回 Testo。我们将保证以环境友好的方式处置这些产品。

2. 预定的用途

本节描述本产品预定的使用范围。

仅将本产品用于为其设计的那些应用。如果你有任何疑问，请向 Testo 咨询。

Testo 625 是一款通过固定连接温湿度探头（湿度模块）或无线电温湿度探头（需选配无线电模块）来测量湿度和温度的精密型测量仪器。

本产品设计用于下列任务/应用：

- 测量室内环境条件
- 检测建筑物，办公楼和仓库

本产品不能应用于下列区域：

- 有爆炸危险的区域。
- 用于医疗用途的诊断测量

3. 产品描述

本节描述本产品组件及其功能的概况。

3.1 显示和控制元件

概述







- ① 探头插口
- ② 显示屏
- ③ 控制按钮
- ④ 背面：电池盒
- ⑤ 背面：无线电模块维护室

按钮功能

按钮	功能
	打开仪器； 关闭仪器（按下并保持）
	打开/关闭显示灯
	保持读数，显示最大/最小值
	打开/关闭配置模式（按下并保持）； 在配置模式下： 确认输入
	在配置模式下：增加值、选择选项
	在配置模式下：降低值、选择选项
	在显示相对湿度、露点和湿球温度之间切换
	在显示接线探头和无线电探头（ 亮起）之间切换

重要显示


显示	意义
	电池容量（在显示屏的右下角）： <ul style="list-style-type: none"> • 电池符号 4 段亮：仪器电池完全充满 • 电池符号 4 段都不亮：电池差不多用完
	测量通道：无线电探头（“无线电波”的格数表示信号的强弱）
	无线电探头的电池容量（在无线电探头图标  上方）；电池几乎用尽

3.2 接口

探头插口

可插式探头可以经由该探头插口连接到仪器上。

无线电模块（附件）

 无线电探头只能在获得许可的国家内使用（见无线电探头应用信息）

无线电探头可经由无线电模块与仪器相连接

3.2 电压供应

经由 9V 块状电池（随机提供）或充电电池提供电压。不能用电源装置来运行仪器或在仪器中给充电电池充电。

4. 调试

本节描述调试本产品所需的步骤。

➤ **撕下显示屏上的保护薄膜：**

- > 仔细撕下保护薄膜。

➤ **插入无线电模块（附件）：**

! 只能在已获许可的国家内使用无线电探头（见无线电探头的应用信息）

✓ 仪器关闭

- 1 向下推动仪器背面的无线电模块盒的盖子，移去盖子
- 2 放入无线电模块
- 3 放回无线电模块盒的盖子，并关闭

➤ **放入电池/充电电池：**

- 1 为打开仪器背面的电池盒，按箭头的方向推动电池盒的盖子并取下盖子。
- 2 将电池/充电电池（9V 块状电池）放入。注意电池极性！
- 3 为关闭电池盒，放回电池盒的盖子并按箭头相反的方向推入。
 - 仪器就会自动打开。

5. 操作

本节描述使用本产品时必须经常执行的步骤。

5.1 连接探头

可插式探头

在打开测量仪器之前，必须连接可插式探头，以便仪器识别探头。

> 将探头的插头插入测量仪器的探头插口。

无线电探头

i 无线电探头仅在获得许可的国家内才可使用（见无线电探头的应用信息）。


使用无线电探头需要无线电模块（附件）。在打开测量仪器之前，必须放入无线电模块，以便测量仪器识别该探头。

每个无线电探头有一个必须在配置模式下进行设置的探头 ID（标识号）。

↔ 见章节 *设置仪器*。


5.2 开/关仪器

➤ 打开仪器：

> 按 。

- 打开测量视图：显示当前读数，如果无可用的读数，显示----。

➤ 关闭仪器：

- > 按住  (大约 2 秒)，直到显示熄灭。


5.3 开关显示灯



➤ 开/关显示灯：

- ✓ 打开仪器。
- > 按下 .

5.4 执行设置

1 打开配置模式：




- ✓ 打开仪器并进入测量视图。不激活 **Hold** (保持)、**Max** (最大) 或 **Min** (最小)。
- > 按下并保持  (约 2 秒) 直到显示改变。
 - 仪器现在处于配置模式下。

i 使用  可以切换到下一个功能。你可在任何时候退出配置模式。为此，按下并保持  (约 2 秒) 直到仪器已切换到测量视图。已在配置模式下所作的任何改变将被保存。

2 执行湿度标定：

湿度探头可进行 2 点标定 (11.3%RH 和 75.3%RH)

- ✓ 打开配置模式，**CAL** 亮起。




1 用  /  选择需要的选项，按  确认：

- OFF：未执行湿度标定
- On： 已执行湿度标定

选择 OFF：

- 继续操作章节 *注册无线电探头*

选择 On:

- 2 把湿度探头放置到参考介质中，等候一段时间
- 3 按  开始执行标定菜单
- 4 按  选择需要的选项，然后按  确认：
 - No: 湿度值未被标定
 - YES: 已执行湿度值标定

选择 No:

- 已执行标定
- 5 重复操作步骤 2—4 来进行第二个标定点的标定
 - 如果已完成标定，仪器切换到下一功能设置

3 注册无线电探头

i 无线电探头仅在已获许可的国家内才可使用（见无线电探头的应用信息）。

i 对于无线电探头的使用，需要在仪器内安装无线电模块（附件）。



➡ 见章节 *调试*

如果未安装无线电模块

➡ 继续操作 *自动关机设置*




每个无线电探头有一个探头 ID（RF ID）。它由序列号的最后 3 位数字和无线电探头中滑动开关的位置（H 或 L）组成。

- √ 配置模式开启，RF ID 和 Auto（自动）闪烁
- √ 打开无线电探头，传输速率设置为每秒 2 读数（见无线电探头的应用信息）

1 用  选择需要的选项，然后用  确认

- YES: 打开自动搜索探头功能（推荐）
- No: 关闭自动搜索探头功能

选择 No:

- 2 使用  /  按钮，手动设置探头 ID，用  确认
➡ 继续操作章节 *自动关机*

选择 YES:

- 开启自动搜索探头功能。
- 一旦仪器搜索连接的无线电探头，显示探头 ID。如果未发现探头，NONE 亮起。

如果打开不止一个探头:

- > 如有需要，按  /  选择需要的选项




搜索不到探头的原因可能有:

- 无线电探头未打开，或者无线电探头的电池用尽了
- 无线电探头超出了量程
- 干扰源（如加强型混凝土，金属物体，墙壁或其他介于输出端与接受端之间的障碍物，其他相同发射频率的传输器，强力电磁场）影响无线电传输




- > 如有需要，消除无线电传输的干扰因素。重现启动配置模式

- 2 按  切换到下一功能




4 设置 Auto Off (自动关机):

- ✓ 打开配置模式，**Auto Off** (自动关机) 就闪烁。
- > 用  /  选择所需的选项，并用  确认。
 - **on**: 如果 10 分钟内不按任何键，就自动关闭测量仪器 (**Hold** 或 **Auto Hold** 就亮起)。
 - **oFF**: 测量仪器不会自动关闭。

5 设置测量单位:

- ✓ 打开配置模式，**UNIT** (单位) 就亮起。
- > 用  /  选择所需的测量单位，并用  确认。

6 复位:

- ✓ 打开配置模式，**RESET** (复位) 就亮起。
- > 用  /  选择所需的选项，并用  确认。
 - **no**: 仪器不复位。
 - **yes**: 仪器复位。仪器复位到出厂设置。
 - 仪器返回到测量视图。

6. 测量

本节描述用本产品执行测量所需的步骤。

➤ 执行测量：

- ✓ 打开仪器并处于测量视图下。
- > 置入探头，并读取读数。

➤ 改变测量通道显示方式：

- > 为了在温度℃和计算得出的体积流量（m³/h）的显示之间切换，按 **Vol**。

➤ 保持读数，显示最大/最小值：

可以记录当前读数。可以显示最大和最小值（从仪器最后一次打开以来）。

- > 按 **Hold/Max/Min** 几次直到显示所需的值。

- 依次显示以下内容：

- **Hold**：记录的读数
- **Max**：最大值
- **Min**：最小值
- 当前读数

➤ 复位最大/最小值：

所有通道的最小或最大值可复位到当前读数。

- 1 按 **Hold/Max/Min** 几次直到 **Max**（最大值）或 **Min**（最小值）点亮。
- 2 按下并保持 **Hold/Max/Min**（约 2 秒）。
 - 所有最小或最大值复位到当前读数。

7. 维护与保养

本节描述有助于维护本产品的功能并延长其使用寿命的步骤。

➤ **清洁外壳：**

> 如果外壳脏了，用潮湿的布（肥皂水）清洁外壳。不要使用侵蚀性清洁剂或溶液！




➤ **更换电池/充电电池：**

√ 关闭仪器。

- 1 为打开仪器背面的电池盒，按箭头的方向推动电池盒的盖子并拆下盖子。
- 2 拿出用完的电池/充电电池，并将新电池/充电电池（9V 块状电池）放入电池盒中。注意电池极性！
- 3 为关闭电池盒，放回电池盒的盖子并按箭头相反的方向推入盖子。

8. 问与答

本节给出常见问题的答案。

问题	可能的原因	可能的解决办法
 亮起（显示 屏的右下角）。	<ul style="list-style-type: none"> • 仪器电池几乎用完。 • 无线电探头的电池几乎用完。 	<ul style="list-style-type: none"> • 更换仪器电池。 • 更换无线电探头的电池。
 亮起（在符 号  上方）。	<ul style="list-style-type: none"> • 打开了自动关机功能。 • 电池剩余容量太低。 	<ul style="list-style-type: none"> • 关闭自动关机功能。 • 更换电池。
仪器自动关闭。	<ul style="list-style-type: none"> • 未连接探头。 • 探头断开。 	<ul style="list-style-type: none"> • 关闭仪器、连接探头并再次打开仪器。 • 请与你的经销商或 Testo 客户服务中心联系。
显示：-----	<ul style="list-style-type: none"> • 达不到允许的量程。 	<ul style="list-style-type: none"> • 遵循允许的量程。
显示：uuuuu	<ul style="list-style-type: none"> • 超出允许的量程。 	<ul style="list-style-type: none"> • 遵循允许的量程。
显示：ooooo	<ul style="list-style-type: none"> • 超出允许的量程。 	<ul style="list-style-type: none"> • 遵循允许的量程。

如果我们未能回答你的问题，请与你的经销商或 Testo 客户服务中心联系。详细联系方式可在保修卡上或网站 www.testo.com.cn 中找到。

9. 技术数据

特征	数值
参数	相对湿度 (%), 温度 (°C/°F)
计算的变量	露点温度 (°C _{td} /°F _{td}) 湿球温度 (湿球°C/湿球°F)
量程	德图电容湿度探头: 0...+100%RH NTC 探头: -10...+60°C / +14...+140°F K 型 (NiCr-Ni) 探头 (无线电探头): -200...+1370°C / -328...+2498°F
分辨率	0.1%RH 0.1°C/0.1°F
精度	德图电容湿度探头: ±2.5%RH (+5.0...+95.0%RH) NTC 探头 ±0.5°C / ±0.9°F K 型 (NiCr-Ni)探头 (无线电探头): 取决于探头
探头	湿度探头插口, 无线电模块 (附件)
测量速率	2/s
工作温度	-20...+50°C/-4...+122°F
存放温度	-40...+85°C/-40...+185°F
电源	1 节 9V 块状电池/充电电池
电池寿命	约 70 小时
防护等级	保护软套 (附件): IP65
EC 标准	89/336/EEC
保修期	1 年

10. 附件/备用件

名称	零件号
无线电模块	
无线电模块 869.85MHz, 获许可 for e. g. DE, ES, IT	0554 0188
无线电模块 915.00MHz, 获许可 for e. g. USA	0554 0190
无线电模块 869.35MHz, 获许可 for e. g. FR,GB, BE	0554 0192
无线电探头	
浸入/插入式无线电探头, NTC, 获许可 for e. g. DE, ES, IT	0613 1001
浸入/插入式无线电探头, NTC, 获许可 for e. g. USA	0613 1002
浸入/插入式无线电探头, NTC, 获许可 for e. g. FR,GB, BE	0613 1003
多功能无线电手柄	
无线电探头手柄, 包括 TC 适配器, 获许可 for e. g. DE, ES, IT	0554 0189
无线电探头手柄, 包括 TC 适配器, 获许可 for e. g. USA	0554 0191
无线电探头手柄, 包括 TC 适配器, 获许可 for e. g. FR,GB, BE	0554 0193
适配器, 连接热电偶探头至无线电手柄	0602 0222
热电偶空气/浸入式探头尖端, 可连接无线电探头手柄	0602 0293
温湿度探头	
插入式湿度探头尖端, 适用于 testo 625 和无线电手柄	0636 9725
探头手柄, 连接湿度探头尖端, 包括接线, 用于测量或调节湿度探头	0430 9725
附件	
保护软套	0516 0221

关于所有附件和备用件的完整清单, 请查阅产品目录和宣传册, 或查阅我们的网站:

www.testo.com.cn



德图中国总部:

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

地址: 上海市漕宝路 401 号 2 号楼 1 楼

邮编: 200233

电话: 021-64708866

传真: 021-64829968

网址: www.testo.com.cn

电子邮件: testosales@testo.com.cn

德图维修中心:

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

地址: 上海市漕宝路 401 号 2 号楼 1 楼

邮编: 200233

电话: 021-64708866-800

传真: 021-64829968

网址: www.testo.com.cn

电子邮件: testosales@testo.com.cn